



Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo, tel. 87 427 32 52

Węgorzewo, dn. 25.04.2018 r.

Mazurskie Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy w Węgorzewie P ZOZ
ul. 3-go Maja 17
11-600 Węgorzewo
tel. (087) 427 32 52
fax (087) 427 32 52 w. 210

Nasz znak: MCZ/PNsm/2018

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie informuje, że dnia 24.04.2018 r. wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – 7 grup.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

Grupa I, poz. 13- Igły i strzykawkki jednorazowego użytku LUER-L

1. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawkki a'80 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo- cenowym?

Odpowiedź zamawiającego: TAK

Grupa I, poz. 14- Igły i strzykawkki jednorazowego użytku LUER-L

1. Czy Zamawiający wymaga podwójnej skali w strzykawce cewnikowej 100 ml, w celu możliwości bardziej precyzyjnej podaży płynów?

Odpowiedź zamawiającego: nie wymaga, ale dopuszcza

Grupa I, poz. 15-16- Igły i strzykawkki jednorazowego użytku LUER-L

1. Proszę o dodanie informacji, na jakich pompach strzykawkowych pracuje Zamawiający? Pytanie zadaję w celu doprecyzowania, jakie strzykawkki może zaproponować Wykonawca, aby były kompatybilne ze sprzętem stosowanym w państwa placówce.

Odpowiedź zamawiającego: Injectomat MCAgilia, Ascor AP12, Kwapisz duet.

Grupa II, poz. 1-4- Kaniule jednorazowego użytku LUER-L

1. Czy Zamawiający wymaga kaniul z 4 paskami radiocieniującymi?

Odpowiedź zamawiającego: TAK



Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. 3 Maja 17, 11 – 600 Węgorzewo, tel. 87 427 32 52

Grupa II, poz. 1-4- Kaniule jednorazowego użytku LUER-L

1. Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź zamawiającego: NIE

Grupa nr II, poz. 6- Kaniule jednorazowego użytku LUER-L

1. Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej jego krawędzi, co znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?

Odpowiedź zamawiającego: tak dopuszcza

Grupa nr VII, poz. 2- Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do terapii żylniej

1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika trójdrożnego z przedłużeniem 10cm lub 7 cm.

Odpowiedź zamawiającego: nie dopuszcza

Katarzyna Kopiczko
Dyrektor