

Węgorzewo, dn. 25.04.2016 r.

Mazurskie Centrum Zdrowia  
Szpital Powiatowy w Węgorzewie P ZOZ  
ul. 3-go Maja 17  
11-600 Węgorzewo  
tel. (087) 427 32 52  
fax (087) 427 32 52 w. 210

**Nasz znak: MCZ/PNsm/2016**

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie informuje, że dnia 19.04.2016 r. wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – 7 grup.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

**Pytanie 1 Grupa I**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek:  
Pozycje 1-8 – po 100 szt. każdej pozycji - **po 50 szt. każdej pozycji**  
Pozycje 9-13, 17 – po 100 szt. każdej pozycji- **po 50 szt. każdej pozycji**

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2 Grupa I, poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji igłę z otworem bocznym typu ołówkowego.

**Odpowiedź zamawiającego:** Tak.

**Pytanie 3 Grupa I, poz. 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 Grupa I, poz. 17**

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki z tuberkulina w rozmiarze 0,45 x 13 mm.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 5 Grupa II**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek:  
Grupa II - po 100 szt. każdej pozycji – **po 50 szt. każdej pozycji**

**Odpowiedź zamawiającego:** Nie.

**Pytanie 6 Grupa II, poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kaniuli wykonanej z podwójnie czyszczonego teflonu PTFE z filtrem hydrofobowym, który pełni rolę zastawki antyzwrotnej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 7 Grupa II, poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z samozamykającym się koreczkiem typu Klik. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8 Grupa II, poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka do kaniuli z trzpieniem poniżej jego krawędzi.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 9 Grupa VII**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek: po 100 szt. każdej pozycji 5-6 – **po 50 szt. każdej pozycji.**

**Odpowiedź zamawiającego:** Nie.

**Pytanie 10 Grupa VII poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kranika 3-drożnego z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty.

**Odpowiedź zamawiającego:** Tak.

**Pytanie 11 Grupa VII poz.5-6**

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 12 Grupa VII poz.5-6**

Czy Zamawiający wymaga przyrządów wolnych od ftalanów i oznaczenia na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów w w/w przyrządach?

**Odpowiedź zamawiającego:** Tak.

**Pytanie 13 Grupa VII poz.5-6**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym oraz oznaczenie w postaci piktogramu o braku ftalanów?

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 14 Grupa VII poz.6**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Katarzyna Kopiczko**  
dyrektor