

Węgorzewo, dn. 21.04.2016 r.

Mazurskie Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy w Węgorzewie P ZOZ
ul. 3-go Maja 17
11-600 Węgorzewo
tel. (087) 427 32 52
fax (087) 427 32 52 w. 210

Nasz znak: MCZ/PNsm/2016

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie informuje, że dnia 19.04.2016 r. wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: *dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – 7 grup.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy grupy nr V. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie błon rtg ogólnodiagnostycznych o poniższych parametrach:

- Gęstość optyczna zadymienia D min. - 0,21,
- Gęstość optyczna zadymienia D max - 2,8,
- Gradient średni - 2,78.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ww. parametry błon rtg.

Pytanie 2

Dotyczy grupy nr V. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia przez Wykonawcę kart charakterystyki materiału światłoczułego; w zamian Wykonawca może dostarczyć np. 5szt. próbek błon 35x43 do przetestowania przez Zamawiającego.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia kart charakterystyki materiału światłoczułego.

Pytanie 3

Dotyczy grupy nr V. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie producenta błon i odczynników na których Szpital obecnie pracuje.

Odpowiedź zamawiającego: Carestream (Kodak).

Pytanie 3

Dotyczy grupy nr V. Czy w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę filmów i odczynników innych niż obecnie używanych przez Szpital Zamawiający będzie oczekiwał kalibracji sprzętu i optymalizacji ciemni ?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie sprzętu, który Wykonawca będzie zobowiązany skalibrować.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający w ww. przypadku będzie oczekiwał kalibracji sprzętu i optymalizacji ciemni z osiągnięciem dopuszczonych parametrów i na koszt Wykonawcy.

Ciemnia Optimax firmy Protec

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.

Katarzyna Kopiczko
Dyrektor